

اسم الشركة / ..

العنوان .. /

عرض اسعار

[illegible]

..... / السيد

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وبعْد،،،،،،

نتشرف بالاحاطة بان جامعة سوهاج فى حاجة الى الاصناف الموضحة بعالیه برجاء موافاتنا بالاتى:-

(١) الاسعار النهائية للأصناف. مع فصل الاسعار عن ضريبة القيمة المضافة

(٢) الارتباط بالمدة و الكمية :- شهر

(٣) شروط الدفع و التسليم :- عن طريق منظومة الدفع الالكتروني بعد الفحص و الاضافة بمخازن كلية العلوم

٤) الختم الضريبي على عرض السعر مطابق لرقم البطاقة الضريبية.

صورة البطاقة الضريبية (سارية) معتمدة بالختم الضريبي مطابق لرقم البطاقة الضريبية.

٦) شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة او اقرار بعدم بلوغ حد التسجيل (نموذج ٨ ضرائب).

(٧) رقم الحساب البنكي للشركة او الفرد المسجل باسمه البطاقة الضريبية (معتمد) وصورة الرقم القومي للفرد حيث الدفع يتم عن طريق منظومة الدفع الالكتروني.

٨) استثمار افادة التسجيل على موقع بوابة التعاقدات الحكومية.

٩) تلزم الشركة بتقديم الفاتورة الالكترونية في حالة الترسية و التوريد (الشركة مسجلة بنظام الفاتورة الالكترونية)

(١٠) يعتبر القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وجميع الكتب الدورية منظمة ومكملة لهذا التعاقد.

(١١) تسلم العروض باليد او عن طريق البريد على العنوان التالي (سوهاج - مدينة نصر - جامعة سوهاج - ادارة التعاقدات المركزية) او عن طريق فاكس

قَم ٤٦١٢٨٨٥ / ٩٣

(١٢) مدة تقديم العرض :- ٧ أيام من تاريخ النشر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،

مدير عام التعاقدات

بر عام التعاقدات

أ/ احمد محمود السالمى

المختص

المختص

أ / مصطفى كامل محمد



قسم الكيمياء
CHEMISTRY DEPARTMENT



كلية العلوم
FACULTY OF SCIENCE



الكلية حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم منذ يوليو 2012م وعلي شهادة الاعتماد طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية ISO9001:2015/ISO21001:2018

مواصفات الجهاز:

- نوع الجهاز: بوتنشيوستات/جلفانوستات
- مدى الجهد: $10 \pm$ فولت.
- مدى تردد قياسات الممانعة الكهروكيميائية (EIS): 10 ميكروهرتز إلى 1 ميجاهرتز.
- أقل دقة لقياس التيار: 100 فيمتوأمبير. (100 fA)
- يدعم أنظمة الأقطاب: 2 و 3 و 4 أقطاب.
- الاتصال: USB وبلوتوث
- مصدر التغذية: بطارية ليثيوم داخلية قابلة لإعادة الشحن أو USB

EIS frequency range: 10 μ Hz-1MHz

Potential accuracy: 0.1% $\times$ full range

Minimum potential resolution: 1 μ V

Current accuracy: 0.1% $\times$ full range

Minimum current resolution: 1pA

Communication: USB-C / Bluetooth

Power supply: USB / built-in Li-ion battery 10AH@3.7V

الباحث الرئيسي للمشروع

أ.م.د. إبراهيم محمد عبد الحليم محمد

د/إبراهيم